

Số: 14/BVLC
v/v mời chào giá các mặt hàng,
VTYT, SPCĐ

Lang Chánh, ngày 02 tháng 07 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm VTYT, SPCĐ, tháng 06 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
ĐS Phạm Văn Phục, Khoa dược, SĐT: 0914.350.804, gmail:
phuc.langchanh@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Nhận qua gmail: phuc.langchanh@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá từ 16h ngày 02 tháng 07 năm 2024 đến 17h ngày 12 tháng 07 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian hiệu lực của báo giá
Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 06 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục VTYT, SPCĐ (theo phụ lục chi tiết kèm theo)
- Địa điểm cung cấp: Khoa dược, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: ngay sau khi đơn vị có kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không có khoản tạm ứng, thanh toán theo đúng quy định trong hợp đồng ký kết.
- Các thông tin khác: không.

Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty, xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; HĐĐT.



Ngô Công Nghiêm

Phụ lục

STT	Danh mục VTYT,SPCĐ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Melab Urea Agar Base	Ống nhựa 1,5ml có nắp nhấn kín chứa 0,3ml môi trường thạch dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm (sinh thiết dạ dày) hoặc trên môi trường nuôi cấy. Thành phần: Peptone, Glucose, Sodium chloride, Disodium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Phenol red, Agar, Urea, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 50 ống	50	Ống
2	Bao cao su	Tiêu chuẩn cơ bản: Mùi: Không mùi Màu sắc và độ trong: Trong mờ và không màu + Size 49: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: $49 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ + Size 52: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: $52 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ Độ dày: $0,065 \text{ mm} \pm 0,015 \text{ mm}$ Thể tích và áp suất nổ: Trước lão hóa: - Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50 mm - Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50 mm đến 56 mm - Áp suất nổ: $\geq 1.0 \text{ kPa}$ Sau lão hóa ở 168 ± 2 giờ với nhiệt độ 70 ± 2 - Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50 mm - Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50 mm đến 56 mm - Áp suất nổ: $\geq 1.0 \text{ kPa}$ Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản, phải đạt: - Chất bôi trơn Bao cao su được bôi trơn với dung dịch silicone có độ nhớt từ 200 đến 350 CS - Tổng trọng lượng bôi trơn và bột hương liệu là $550 \text{ mg} \pm 150 \text{ mg}$.	200	Cái

3	Sond foley 2 nhánh	Thông tiểu 2 nhánh. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dày chống gãy gấp, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEH	100	Cái
4	Rapid Anti-HCV Test	Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh; Huyết tương Vùng cộng hợp: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp & IgG thử; Vạch kết quả: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp; Vạch chứng: Kháng thể dẻ kháng IgG thử. Tiêu chuẩn ISO 13485	200	Test
5	Ống thông tiểu 1 nhánh (nelaton)	• Được thể kế để đặt ống thông bàng quang ngắn hạn ở niệu đạo nam giới. • Được sản xuất từ chất đàn hồi silicon 100% tự nhiên không độc hại, không gây dị ứng. • Đầu khép kín có hai mắt bên. • Màu sắc: màu vàng kem. • Thân ống mềm mại trong suốt. • Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng túi. • Size: 8, 10, 12, 14, 16 & 18	100	Cái
6	Giấy in nhiệt siêu âm Unifon. Model: UPP-110S	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony, Mistubishi + Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. + Kích thước 110 mm x 20 m	60	Cuộn
7	Giấy điện tim 3 căn cỡ 80mm	Kích thước 80mmx20m	60	Cuộn
8	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần	Kim có cán đồng có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Được đóng gói Vô trùng. Kích thước 0,30mmx13mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,3mmx50mm; 0,3mmx60mm; 0,3mmx75mm 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,25mmx75mm 0,22mmx25m	15.000	Cái

9	Mũ phẫu thuật tiệt trùng	Vải không dệt polypropylen cao cấp Màu xanh đồng đều, không loang bầm, ko dính tạp chất. Không kích ứng da 2.9g – 3.8g/ 1cái Độ co giãn tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận GMP,CE . Đóng gói 01 cái/ gói. Tiệt trùng bằng EO Gas.	500	Cái
10	Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc	Chất liệu được làm bằng dây đồng bọc nhựa cách điện, một đầu được thiết kế giắc cắm , một đầu được thiết kế 2 đầu ra rạng hình kẹp kim.	10	Bộ
	Tổng cộng: 10 khoản			

