

Số: 187/YC-BVLC
v/v mời chào giá các mặt hàng,
VTYT, SPCĐ

Lang Chánh, ngày 29 tháng 08 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm VTYT, SPCĐ, tháng 09 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
DS Phạm Văn Phục, Khoa dược, SĐT: 0914.350.804, gmail:
phuc.langchanh@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Nhận qua gmail: phuc.langchanh@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá từ 16h ngày 29 tháng 08 năm 2024 đến 17h ngày 09 tháng 08 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian hiệu lực của báo giá
Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29 tháng 08 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục VTYT, SPCĐ (theo phụ lục chi tiết kèm theo)
- Địa điểm cung cấp: Khoa dược, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: ngay sau khi đơn vị có kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không có khoản tạm ứng, thanh toán theo đúng quy định trong hợp đồng ký kết.
- Các thông tin khác: không.

Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty, xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; HĐĐT.

GIÁM ĐỐC



Ngô Công Nghiêm

Phụ lục

STT	Danh mục VTYT,SPCĐ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Rapid Anti-HCV Test	Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh; Huyết tương Vùng cộng hợp: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp & IgG thử; Vạch kết quả: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp; Vạch chứng: Kháng thể dễ kháng IgG thử. Tiêu chuẩn ISO 13485	200	Test
2	Melab Urea Agar Base	Ống nhựa 1,5ml có nắp nhấn kín chứa 0,3ml môi trường thạch dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm (sinh thiết dạ dày) hoặc trên môi trường nuôi cấy. Thành phần: Peptone, Glucose, Sodium chloride, Disodium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Phenol red, Agar, Urea, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 50 ống	50	Ống
3	Chỉ Catgut chromic số 2	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 50 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen, sợi chắc, dễ uốn, giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 14 - 21 ngày, độ tiêu 90 ngày. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat	120	Lá
4	Mũ phẫu thuật tiệt trùng	Vải không dệt polypropylen cao cấp Màu xanh đồng đều, không loang bầm, ko dính tạp chất. Không kích ứng da 2.9g – 3.8g/ 1 cái Độ co giãn tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận GMP,CE . Đóng gói 01 cái/ gói. Tiệt trùng bằng EO Gas.	1000	Cái
5	Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng	* Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 50ml; 55ml. * Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong.	2000	Lọ

6	Yếu tố tìm RH trong máu	Dòng tế bào nuôi cấy từ dòng tế bào lai Anti-D	3	Bộ
7	Dung dịch phá vỡ hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học	Thành phần: Dodecyltrimethylammonium chloride :3,9 % Dodecan-1-ol,ethoxylated:0,15 % Trometamol: 0.06 % Nước khử ion	3000	ml
	Tổng cộng: 07 khoản			

