

Số: 312/BV-LC
v/v mời chào giá các mặt hàng,
VTYT, SPCĐ

Lang Chánh, ngày 27 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm VTYT, SPCĐ, tháng 11 năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
DS Phạm Văn Phục, Khoa dược, SĐT: 0914.350.804, gmail:
phuc.langchanh@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Nhận qua gmail: phuc.langchanh@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá từ 16h ngày 27 tháng 10 năm 2023 đến 17h ngày 07 tháng 11 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian hiệu lực của báo giá
Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục VTYT, SPCĐ (theo phụ lục chi tiết kèm theo)
- Địa điểm cung cấp: Khoa dược, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: ngay sau khi đơn vị có kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không có khoản tạm ứng, thanh toán theo đúng quy định trong hợp đồng ký kết.
- Các thông tin khác: không.

Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty, xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; HĐĐT.



STT	Danh mục VTYT,SPCD	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1	Chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolic acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. Tiêu hoàn toàn trong khoảng 60-90 ngày; Sức căng còn 75% sau 14 ngày; 50% sau 21 ngày.	120	sợi
2	Chỉ tiêu tự nhiên liên kim số 2/0	Chỉ tiêu tự nhiên Catgut liên kim số 2/0 chất liệu Collagen tinh khiết, cấu trúc đơn sợi tan chậm, kim tròn 26 mm. giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 14 - 21 ngày, độ tan 90 ngày.	96	Sợi
3	Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện	Loại 50ml. Chất liệu: Polypropylen (PP). Ống tiêm không Latex (Latex-Free) và không PVC (PVC-Free). Tiệt trùng bằng tia điện tử. Thân bơm tiêm trong suốt để quan sát. Phần đệm bơm tiêm thiết kế an toàn, không Latex, sử dụng chất liệu đàn hồi độ dẻo cao làm giảm rò rỉ thuốc. Miếng đệm kép đảm bảo kín khí, di chuyển nhẹ nhàng và chính xác, tiêm nhẹ và kiểm soát hoàn hảo. Công nghệ Silicon hóa cải tiến giúp tối ưu hóa chuyển động của pit-tông.	50	Cái
4	Cồn y tế 70 độ	Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	60.000	ML
5	Lưỡi dao mổ các số 21	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp.	500	Cái
6	Giấy điện tim 3 căn cỡ 80mm	kích thước 80mmx20m	60	Cuộn
7	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C	Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh; Huyết tương Vùng cộng hợp: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp & IgG thử; Vạch kết quả: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp; Vạch chứng: Kháng thể dẻ kháng IgG thử. Tiêu chuẩn ISO 13485	100	Test
8	Test HP dịch dạ dày	Ống nhựa 1,5ml có nắp nhấn kín chứa 0,3ml môi trường thạch dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm (sinh thiết dạ dày) hoặc trên môi	50	Ống

		trường nuôi cấy. Thành phần: Peptone, Glucose, Sodium chloride, Disodium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Phenol red, Agar, Urea, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 50 ống		
9	Cồn y tế 90 độ	Cồn 90 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	60.000	MI
10	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần	Kim có cán đồng có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Được đóng gói Vô trùng. Kích thước 0,30mmx13mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,3mmx50mm; 0,3mmx60mm; 0,3mmx75mm 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,25mmx75mm 0,22mmx25m	15.000	Cái
11	Ống nội đặt khí quản các số (có bóng)	Làm từ nhựa PVC không độc hại, không chứa DEHP, trong suốt, mềm và mịn / Có bóng Bóng khối lượng lớn cung cấp khoá thành khí quản tích cực Được thiết kế để sử dụng trong quá trình thông khí ngắn hạn và dài hạn và các thủ tục phẫu thuật thông thường. Kích thước: 3.0mm-10.0mm Có Murphy eye Đóng gói trong từng túi tiệt trùng	30	Cái
12	Ống thông tiểu 2 nhánh (số 6, 8, 10, 24,26)	Chất liệu 100% cao su thiên nhiên Dover có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với cơ thể bệnh nhân, có sợi Chrom tăng cứng - Chiều dài ống 40cm, thành ống dày chống gầy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. Độ cong thích hợp, trơn láng, không gây kích ứng da, có bóng giữ phù hợp. Sản phẩm được tiệt trùng. - Bóng dung tích 30cc, bóng thiết kế đặc biệt căng đều, dai chống vỡ, van nhựa - Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP gây ung thư, không dị ứng, sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu dễ và nhanh hơn. Valve bơm bóng có lỗ xo: đảm bảo độ ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng ống giúp không bị tắc. - Tiệt trùng bằng khí ETO. Đóng gói 2 lớp túi nilon/chiếc - Tiêu chuẩn: EN ISO 13485: 2012, EN ISO 13485:2016, CE - Sonde Foley 2 nhánh số 12-18 FR.	100	Cái



13	Bao cao su	Tiêu chuẩn cơ bản: Mùi: Không mùi Màu sắc và độ trong: Trong mờ và không màu + Size 49: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: $49 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ + Size 52: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: $52 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ Độ dày: $0,065 \text{ mm} \pm 0,015 \text{ mm}$ Thể tích và áp suất nổ: Trước lão hóa: - Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50 mm - Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50 mm đến 56 mm - Áp suất nổ: $\geq 1.0 \text{ kPa}$ Sau lão hóa ở 168 ± 2 giờ với nhiệt độ 70 ± 2 - Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50 mm - Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50 mm đến 56 mm - Áp suất nổ: $\geq 1.0 \text{ kPa}$ Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản, phải đạt: - Chất bôi trơn Bao cao su được bôi trơn với dung dịch silicone có độ nhớt từ 200 đến 350 CS - Tổng trọng lượng bôi trơn và bột hương liệu là $550 \text{ mg} \pm 150 \text{ mg}$.	300	Cái
14	Ống thông tiểu 1 nhánh (nelaton)	• Được thể kế để đặt ống thông bàng quang ngắn hạn ở niệu đạo nam giới. • Được sản xuất từ chất đàn hồi silicon 100% tự nhiên không độc hại, không gây dị ứng. • Đầu khép kín có hai mắt bên. • Màu sắc: màu vàng kem. • Thân ống mềm mại trong suốt. • Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng túi. • Size: 8, 10, 12, 14, 16 & 18	100	Cái
	Tổng cộng: 14 khoản			