

Số: **364**/BVLC
v/v mời chào giá các mặt hàng,
VTYT, SPCĐ

Lang Chánh, ngày 13 tháng 12 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm VTYT, SPCĐ, tháng 12 năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
DS Phạm Văn Phục, Khoa dược, SĐT: 0914.350.804, gmail:
phuc.langchanh@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Nhận qua gmail: phuc.langchanh@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá từ 16h ngày 13 tháng 12 năm 2023 đến 17h ngày 23 tháng 12 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian hiệu lực của báo giá
Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục VTYT, SPCĐ (theo phụ lục chi tiết kèm theo)
- Địa điểm cung cấp: Khoa dược, Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.
Địa chỉ: Khu Phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian giao hàng dự kiến: ngay sau khi đơn vị có kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không có khoản tạm ứng, thanh toán theo đúng quy định trong hợp đồng ký kết.
- Các thông tin khác: không.

Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty, xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; HĐĐT.



Ngô Công Nghiêm

Phụ lục

STT	Danh mục VTYT,SPCD	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Giấy Monitor sản khoa	Giấy siêu âm sản khoa 152mm*150mm*200sh, chất liệu bằng giấy in nhiệt.	20	Tập
2	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 8 lớp	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. .	150	Miếng
3	Melab Urea Agar Base	Ống nhựa 1,5ml có nắp nhấn kín chứa 0,3ml môi trường thạch dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm (sinh thiết dạ dày) hoặc trên môi trường nuôi cấy. Thành phần: Peptone, Glucose, Sodium chloride, Disodium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Phenol red, Agar, Urea, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 50 ống	150	Ống
4	Cồn 70 độ	Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	60.000	ML
5	Cồn 90 độ	Cồn đạt 90 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	60.000	ML
6	Băng dính lụa	Băng có cấu tạo nền vải lụa : 50 - 70%, Phủ lớp keo Acrylate (30- 50%), Polyme: < 1%, không chứa mùn cao su, độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Có thể được xé theo 2 chiều một cách dễ dàng và thuận tiện - Bền chắc, thông thoáng cho da, chống thấm nước	100	Cuộn

7	Lam kính hiển vi	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony, Mistubishi + Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. + Kích thước 110 mm × 20 m	60	Cái
8	Lamen	Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x22mm	36	Cái
9	Túi camera 2 khoản	1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2 ly 2 x60 cm 2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 30cm Màu sắc đồng đều, có độ trong, bề mặt mịn có độ dẻo dai. + Dây cotton màu trắng, có độ bền cao. Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da... Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế.	50	Cái
Tổng cộng: 09 Khoản				