

Số: 72/YCBG-BVLC

Lang Chánh, ngày 18 tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Để có cơ sở cho việc xây dựng giá kế hoạch, Bệnh viện đa khoa Lang Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu: Mua sắm máy xét nghiệm huyết học sử dụng tại bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh năm 2025. Cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, địa chỉ: Khu phố Lê Lai, TT Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hóa. (số điện thoại: 02373.874.006).

2 Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá : Phạm Văn Hạnh, Phòng KHTH Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, Khu phố Lê Lai, TT Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hóa.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá :

Nhận trực tiếp hoặc thư xin gửi về Phòng KHTH Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, Khu phố Lê Lai, TT Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá từ 7h30 ngày 19 tháng 3 năm 2025 đến 16h30 ngày 01 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực báo giá : Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

1. Danh mục (có danh mục đính kèm)

Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, địa chỉ: Khu phố Lê Lai, TT Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian giao hàng dự kiến : 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

3. Dự kiến về các khoản tạm ứng thanh toán hợp đồng : thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hóa đơn, chứng từ

(Đơn giá trong báo giá đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển)

Rất mong sự hồi đáp của quý công ty, xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC



Ngô Công Nghiêm



PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số ~~72/CTG-BLC~~ ngày 18 tháng 03 năm 2025)

Stt	Danh mục	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông số liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy xét nghiệm huyết học 20 thông số	1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100% được Sản Xuất từ năm 2024 trở về sau. - Đảm bảo ít nhất có 01 tiêu chuẩn sau: CE, ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương. 2. Yêu cầu về cấu hình: - 01 Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm - Có đầy đủ sách hướng dẫn bằng tiếng anh, tiếng việt. 3. Yêu cầu về thông số kỹ thuật - Thông số huyết học: WBC, Lymph#, Mon#, Gran#, Lymph%, Mon%, Gran%, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, HCT, RDW – CV, RDW – SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR và biểu đồ cho WBC, RBC, PLT. - Nguyên lý: Trở kháng đếm WBC, RBC, PLT - Tốc độ: Khoảng 60 test/ giờ - Hiển thị: Màn hình màu cảm ứng. - Nguồn điện: AC 100-220V, 50/60 Hz	1	Cái